


骨密度測定結果

受診者番号	0000003			国立病院機構 盛岡医療センター
名 前	IWATE TAROU 様			
年齢・性別	36歳・男性	生年月日	1989/05/01	
測定検査日	2025/07/29	測定部位	腰椎 L.234	
身長	160.0 cm	体重	50.0 kg	

TEL: <http://www.toyo-medico.co.jp>

◎◎ 日本骨代謝学会1996年掲載データ



- +** あなたの骨密度です
- 青色の所** 以上は心配ない区域です
- 黄色の所** 少しは気をつけた方がいい区域です
- 赤色の所** 骨密度が少なく注意が必要な区域です
- 二重線** この間は各年齢の平均骨密度範囲です

◎今回測定結果

腰椎 L.234を測定しました

あなたの骨密度は
0.957 g/cm²です
若い人と比較した値は
91 %です
同年代と比較した値は
93 %です
骨面積: **41.800 cm²** 骨塩量: **40.011 g**

骨密度:
骨に含まれるミネラル(カルシウム他)の量です

若い人と比較した値:
骨密度がもっとも多い、32歳の骨密度を100%としたときの比較です。
この値が低くなると骨粗鬆症が疑われます。
80%以上 は心配ありません。

70~79% は骨密度がやや低下しています。
食事・運動などの生活に気をつけましょう


70%未満 は一度、精密検査を受ける必要があります。

同年代と比較した値:
骨密度は年齢とともに少なくなっていくますがあなたの同年齢のかたの骨密度を100%としたときの比較です。

骨密度判定	要注意
コメント	今回の検査で、あなたの骨密度は、同年代の人と同じくらいの値といえます。 若い人と比較した値も正常範囲内ですが若干の低下が見られます。 丈夫な骨を作るために、日常生活を見直しバランスのよい食事や適度な運動を心がけましょう。 定期的に検査を受けて下さい。

受診者情報:

受診者名:	IWATE TAROU
受診者番号:	0000003
保険番号:	
郵便番号:	
性別:	M(男性)
人種:	アジア人
身長:	160.0 cm
体重:	50.0 kg
生年月日:	05/01/1989
年齢:	36
閉経時年齢:	
担当医:	



スキャン情報:

測定日:	2025 年7月29日A0729250B
スキャンタイプ:	f Lumbar.Spine
解析日:	07/29/2025 16:23
解析プロトコル:	腰椎正面
印刷日:	07/29/2025 16:23
測定施設:	国立病院機構 盛岡医療センター
操作者:	
モデル:	Discovery Ci (S/N86972)
コメント:	
ソフトウェアバージョン:	13.3.0.1

測定結果:

レジョン	骨面積 [cm ²]	骨塩量 [g]	骨密度 [g/cm ²]	T-スコア	YAM値%(ヤングアダルトミーン)	Z-スコア	年齢同値%
L2	13.64	12.69	0.930	-0.8	88	-0.5	93
L3	14.64	13.75	0.939	-0.8	89	-0.5	93
L4	13.52	13.57	1.004	-0.4	95	0.0	100
Total	41.80	40.01	0.957	-0.8	91	-0.5	93

Total BMD CV 1.0%, ACF = 1.033, BCF = 1.012, TH = 2.516

コメント:

HOLOGIC®